RUMA®
Marker-System

Kurzanleitung für die Anwendung des Ruma® Marker-Systems

CLASSIC

Fälschungssichere Urinanalytik in der Suchttherapie

Die Alternative zur Sichtkontrolle bei der Urinabgabe

ANLEITUNG CLASSIC

VORBEREITUNG

Laborschein
> Patientendaten ausfüllen und kontrollieren

Marker-Barcode
> Marker-Barcode auf den Laborschein kleben
> **Achtung:** Der Marker-Barcode-Aufkleber muss auf den Laborschein geklebt werden (der zweite Barcode kann für interne Unterlagen verwendet werden). Es handelt sich um 2 gleiche Codes.

Marker-Lösung
> Lösung (ganzer Inhalt des Marker-Fläschchens) mit 200 ml gesüsster Flüssigkeit: Wasser/Tee mit 30 g Haushaltszucker pro 200 ml verrühren.

ANWENDUNG

Verabreichung
> Proband:in vor der Einnahme Blase entleeren lassen
> Proband:in trinkt die Lösung unter Aufsicht
> Durch Mundkontrolle wird das vollständige Schlucken der Lösung kontrolliert (dies ist v.a. bei Verabreichung von ungezuckerter Lösung wichtig, z.B. Diabetiker)



Uringewinnung
> Kleben Sie einen der Labor-Aufkleber auf die Monovette.
> Nach Einhalten der Mindestwartezeit von 45 Minuten kann der/die Patient:in den Urin eigenständig sammeln.
> Bis mehrere Stunden nach Markereinnahme möglich, aber wichtig: es ist der Erst-Urin nach der Markereinnahme nötig.
> Keine Sichtkontrolle beim Urinieren erforderlich.

Versand
> Verpacken Sie das Urinröhrchen in der beiliegenden Schutzhülle. Verwenden Sie für den Versand bitte ausschließlich die bereitgestellten Versandtaschen.

Lagerung des Markers: bei Raumtemperatur, Kühlschranklagerung möglich (wird fest, kann dann aber durch Erwärmen bei RT wieder verflüssigt werden und verdirbt nicht).

T +49 211 / 3990 11 0
F +49 211 / 3990 11 20
E info@marker-test.de
W marker-test.de

Ruma GmbH
Wilhelm-Schlombs-Allee 1
50858 Köln
Deutschland